

.....
Wykonawca

.....
miejsowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

.....

2. Adres, województwo:

.....

3. Telefon/ faks:

.....

4. Nazwa banku i nr konta bankowego:

.....

5. REGON NIP

II. Przedmiot oferty

1. Zgłaszamy ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę ambulansu drogowego typu B zgodnie z Polską Normą PN EN 1789 dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

a) nettozł. słownie:

- wysokość podatku VAT: %

- kwota podatku VAT: zł

b) brutto zł. słownie:

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. **nie później niż do dnia 07.11.2014r.**
4. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Warunki płatności:

Za dostarczony przedmiot zamówienia / przelew/ min 60 dni - termin w dniach:
dni, licząc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

8. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

9. Wykonanie zamówienia powierzmy/nie powierzmy * podwykonawcom w części zamówienia dotyczącej.....

10. Do kontaktów z naszą firmą upoważniamy:

.....

.....

tel., fax.

11. W przypadku podpisywania umowy osobami upoważnionymi są:

.....

.....

12. Oferta została złożona łącznie na kolejnychstronach.

(uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty) .

.....
miejsowość i data

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE AMBULANSU DROGOWEGO TYPU B WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM – W ILOŚCI 1 SZT.

Ambulans drogowy typu B musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2014), musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz.262 ze zm.); musi spełniać wymagania określone w normie PN EN 1789+A:2011 w zakresie ambulansu drogowego typu B, a sprzęt medyczny będący na jego wyposażeniu musi spełniać normę PN EN 1865. Ambulans musi posiadać wyposażenie i parametry określone poniżej:

Marka i model samochodu bazowego:

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014r.

Nazwa i adres Wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

.....

Numer postępowania:

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit łatwo zmywalne w kolorze białym odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.	
2.	Dopuszczalna Masa Całkowita do 3,5t	
3.	Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu	
4.	Przystosowany do przewozu min.4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach	
5.	Kabina kierowcy zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789+A:2011. Fotel wyposażony w podłokietnik i regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.	

6.	Wysokość przedziału medycznego min 1,85 m	
7.	Długość przedziału medycznego min 3,00 m	
8.	Szerokość przedziału medycznego min 1,75 m	
9.	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min. 180 stopni rozwarcia	
10.	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą	
11.	Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą	
12.	Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy	
13.	Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego pełna z oknem	
14.	Lakier w kolorze białym	
15.	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektryczne podgrzewane i regulowane, wbudowane światła kierunkowskazów	
16.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem	
17.	Autoalarm	
18.	Poduszka powietrzna dla kierowcy	
19.	Reflektory przeciwmgielne przednie	
20.	Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy	
21.	Trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół z podnośnikiem, szperacz bezprzewodowy akumulatorowy 12V	
22.	Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, o pojemności min. 1950 cm ³	
23.	Silnik o mocy min. 110 KM	
24.	Moment obrotowy min. 270 Nm	
25.	Norma emisji spalin Euro 5	
26.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana	
27.	Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny	

28.	Napęd na koła przednie lub tylne	
29.	Zawieszenie przednie i tylne zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta	
30.	Ze wspomaganie układu kierowniczego	
31.	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania	
32.	Ze wspomaganie układu hamulcowego EBD lub równoważny	
33.	Kolumna kierownicy regulowana	
34.	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki	
35.	Kosz na śmieci	
36.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym	
37.	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów	
38.	Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – dodatkowa nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym oraz termostatem utrzymującym zadaną temperaturę	
39.	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury termostatem o mocy min. 1,40 kW	
40.	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna	
41.	Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy	
42.	Akumulator rozruchowy (fabryczny) i akumulator dodatkowy o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu spinane po włączeniu zapłonu, tak, żeby akumulator dodatkowy był ładowany w czasie jazdy.	
43.	Zasilanie zewnętrzne 230V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi i zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min. 5m	
44.	Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym zabezpieczone przed zabrudzeniem/zalaniem(z klapką)	
45.	Belka świetlna z kloszem koloru niebieskiego, typu LED, z szyldem	

	„AMBULANS” umieszczona na przedniej części dachu pojazdu. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany, możliwość podawania komunikatów głosowych	
46.	Belka świetlna z kloszem koloru niebieskiego, typu LED, umieszczona na tylnej części dachu pojazdu.	
47.	Kierunkowskazy zamontowane w tylnej górnej części nadwozia	
48.	Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego z przodu pojazdu oraz na przednich błotnikach	
49.	Reflektory zewnętrzne barwy białej ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączenia/wyłączenia zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, po dwie lampy na każdym boku i z tyłu pojazdu, umieszczone w górnej części nadwozia	
50.	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 209 poz. 1382 ze zm.): a) pas barwy czerwonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas barwy czerwonej o szer. min. 5cm umieszczony wokół dachu c) pas barwy niebieskiej umieszczony (szer. min. 15cm) bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. "a") - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r.	
51.	Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS” z folii odblaskowej czerwonej	
52.	Oznaczenie w formie Loga Zamawiającego wraz z nazwą i adresem (do uzgodnienia)	
53.	Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 4 punkty świetlne	
54.	Oświetlenie regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.)	

55.	<p>Zabudowa meblowa na ścianie lewej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, • półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt.), • na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe. 	
56.	<p>Zabudowa meblowa na ścianie działowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną 	
57.	<p>Uchwyt do kroplówki min. 4 szt. mocowane w suficie</p>	
58.	<p>Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczeniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia</p>	
59.	<p>Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, uchwyt na 2 szt. butli tlenowych 10litrowych w szafce na ścianie lewej</p>	
60.	<p>Podstawa z systemem mocowania pod nosze główne Stollenwerk (dostarcza Zamawiający) wykonana ze stali nierdzewnej ze schowkiem pod noszami na deskę ortopedyczną i nosze podbierakowe</p>	
61.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabina kierowcy wyposażona w instalację do radiotelefonu, 2. Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; 3. Wmontowana dachowa antena radiotelefonu o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • zakres częstotliwości 168-170 Mhz • impedancja wejścia 50 Ohm • współczynnik fali stojącej 1,6 • charakterystyka promieniowa dookólna 	
62.	<p>Na prawej ścianie fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzy punktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i</p>	

	regulowanym oparciem pod plecami. Fotel wraz z mocowaniem przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”.	
63.	Przy ścianie działowej u wczółwia noszy fotel umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. Fotel wraz z mocowaniem przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”.	
64.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.	
65.	Montaż w przedziale medycznym dostarczonego przez Zamawiającego mocowania fotela kardiologicznego.	
66.	Przygotowanie i wzmocnienie miejsca mocowania ssaka elektrycznego, respiratora i defibrylatora (urządzenia dostarczone przez Zamawiającego) umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy	
67.	Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu	
68.	Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury w szufladzie zabudowy meblowej.	
69.	Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów)	
70.	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy.	
71.	Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy	
72.	Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min.24 miesiące	
73.	Dokumenty wymagane przy dostawie pojazdu: - homologacja pojazdu bazowego (CoC – deklaracja WE) – opinia uprawnionego rzeczoznawcy z zakresu techniki motoryzacyjnej o	

	<p>zgodności przebudowy pojazdu z obowiązującymi przepisami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – badanie techniczne wraz z opisem zmian konstrukcyjnych wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, – deklaracja zgodności pojazdu z normą PN EN 1789 wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi przeprowadzenie odpowiednich badań elementów zabudowy. Dotyczy zwłaszcza badań wytrzymałościowych (test dynamiczny). 	
--	---	--

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je opisać w kolumnie „Parametry oferowane”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Ambulansu drogowego typu B zgodnie z Polską Normą PN EN 1789	szt.	1			
RAZEM						

Wartość oferty netto:

słownie:

Wartość oferty brutto:

słownie:

.....
data , podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4
Ustawy Prawo zamówień publicznych**

Oświadczam

.....
.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
data , podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania**

Oświadczam

.....

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

że brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Art. 24 ust. 1 - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

- lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 - 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.....
data, podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/*
Informacja o nienależeniu do grupy kapitałowej***

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ambulansu drogowego typu B zgodnie z Polską Normą PN EN 1789 dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/07/14 informuję, że firma

.....
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

- należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:*
- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).*

.....
data , podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 6 do SIWZ

„WZÓR”

Umowa nr//

**Na dostawę ambulansu drogowego typu B zgodnie z Polską Normą PN EN 1789
dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie**

zawarta dnia w Kolnie

pomiędzy:

Szpitałem Ogólnym w Kolnie ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP: 291-00-50-705, REGON 450667610, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... – Dyrektora

a

.....,KRS

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyposażonego ambulansu drogowego typu B, zwanego dalej: „ambulansem”, „pojazdem” lub „przedmiotem zamówienia” wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SIWZ, stanowiącym integralną część umowy.
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że ambulans jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z normą PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu B) oraz PN EN 1865 dla wyposażenia medycznego oraz z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku Nr 2 do SIWZ, odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), posiada niezbędną homologację na pojazd bazowy oraz dopuszczenia zgodne z polskim prawem wymagane do rejestracji pojazdu jako specjalny sanitarny, a sprzęt medyczny (urządzenia) stanowiący wyposażenie ambulansu spełnia wymagania zawarte w ustawie a dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd spełniający parametry techniczne opisane w załączniku Nr 2 do SIWZ wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji, eksploatacji, obsługi i ubezpieczenia pojazdu, takimi jak:
 - 1) karta pojazdu,
 - 2) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego,
 - 3) opinia certyfikowanego rzeczoznawcy z zakresu techniki motoryzacyjnej o zgodności zabudowy z zasadami konstrukcji pojazdów oraz zgodności dokonanych zmian z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - 4) deklaracja zgodności zabudowy z wymaganiami producenta pojazdu bazowego,
 - 5) opis zmian konstrukcyjnych oraz badanie techniczne wystawione przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów,
 - 6) instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim,
 - 7) karta gwarancyjna pojazdu,
 - 8) książka obsługi (przebiegów) pojazdu.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem o terminie dostawy, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu zamówienia do chwili podpisania przez strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie **nie później niż do dnia 07.11.2014r.** Za dzień realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 strony sporządzą protokół wskazujący na wady i usterek oraz określą termin ich usunięcia.
8. Zamawiający może odmówić przyjęcia ambulansu, w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym a dostarczonym pojazdem.
9. Wraz z zabudowanym ambulansem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności:
 - 1) instrukcji obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego w języku polskim,
 - 2) kartę gwarancyjną zabudowy przedziału medycznego,
 - 3) karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję,
 - 4) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu w języku polskim, stanowiące wyposażenie ambulansu,
 - 5) karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiące wyposażenie ambulansu,
 - 6) deklaracje zgodności dla wszystkich wyrobów medycznych,
 - 7) paszporty techniczne sprzętu medycznego,
 - 8) dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako samochód specjalny sanitarny,
 - 9) deklarację zgodności na pojazd po zabudowie,
 - 10) dokumenty informujące o siedzibach serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych (ambulansu i wyposażenia),
 - 11) inne konieczne.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokościzł brutto(słownie:) przy stawce podatku VAT zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy oraz podatki i cła wg aktualnie obowiązujących przepisów.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku do towarów i usług (VAT), posiada NIP:.....
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku do towarów i usług (VAT), posiada NIP: 916-13-88-184.
3. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru przedmiotami zamówienia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT/ rachunku w terminie do dni od daty wystawienia w/w faktury VAT/rachunku, przelewem bankowym na wskazane na fakturze VAT/ rachunku konto bankowe Wykonawcy.
5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy oraz kontakt z Wykonawcą będzie:
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy oraz kontakt z Zamawiającym będzie:, tel.
3. Strony mają prawo zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany umowy i zostanie dokonana poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony umowy o takiej zmianie.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) zostanie złożony wniosek o upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy;
 - 3) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 4) Wykonawca nie wykonał w całości umowy, po uprzednim wezwaniu go do działania.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz musi zostać doręczone drugiej stronie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.
4. Strony mogą rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.

§ 7

1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie postanowień umowy, strony zgodnie ustalają:

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za zwłokę w terminie realizacji dostawy ambulansu określonym w § 2 ust. 5 umowy Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
 - b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;
 - 2) kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych;
 - 3) w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności kreślonego na fakturze VAT, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek od daty wymagalności.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od daty dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1.

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że ambulans typu B z przedziałem medycznym i wyposażeniem medycznym dostarczony w ramach niniejszej umowy jest wolny od wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji:
 - 1) na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km -miesięcznej gwarancji,
 - 2) na perforację nadwozia -miesięcznej gwarancji,
 - 3) na powłokę lakierniczą -miesięcznej gwarancji,
 - 4) na przedział medyczny -miesięcznej gwarancji.
3. Okresy te biegną od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ambulansu.
4. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansu są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniach, w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Okresy gwarancyjne na poszczególne urządzenia będące na wyposażeniu ambulansu są określone w dokumencie gwarancyjnym.
5. Jeżeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
6. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii pojazdu nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi.
7. Wykonawca lub działająca w jego imieniu Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) w okresie obowiązywania gwarancji dokona:
 - 1) przeglądów okresowych w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od chwili pozostawienia do dyspozycji ASO,
 - 2) w przypadku wystąpienia awarii, naprawy dokona bezpośrednio po zgłoszeniu, w sytuacji wystąpienia trudności związanych z brakiem części zamiennych czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
8. W sytuacji gdyby naprawy, o którym mowa w ust. 7 pkt b) uległ wydłużeniu Wykonawca zobowiązuje się na okres przedłużającej się naprawy przekazać Zamawiającemu inny

ambulans o podobnych (tzn. nie gorszych) parametrach i wyposażeniu. Miejscem przekazania ambulansu zastępczego może być ASO, w której dokonywana będzie naprawa, jeżeli przekazanie odbywa się w czasie przekazania ambulansu przez Zamawiającego do naprawy, natomiast w okresie późniejszym w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.

9. W sytuacji, gdyby Wykonawca nie pozostawił do dyspozycji Zamawiającego ambulansu w przypadku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający na koszt Wykonawcy wynajmie ambulans.
10. Wykonawca zobowiązuje się wskazać minimum 3 (trzy) ASO zlokalizowane najbliżej siedziby Zamawiającego.
11. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii wyposażenia i sprzętu medycznego nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Naprawa lub wymiana na nowy wyposażenia i sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia.
12. W przypadku naprawy sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 24 godziny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy. Wykonawca dostarczy ww. sprzęt medyczny wolny od wad do siedziby Zamawiającego w terminie 48 godzin od dnia zgłoszenia awarii.
13. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu bądź pojazdu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.
14. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.

§ 9

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywały je w drodze negocjacji, a w razie nie dojścia do porozumienia, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
 - 1) Oferta Wykonawcy,
 - 2) Załącznik Nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - 3) Dokumentacja przetargowa, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

Wykonawca