

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 27.11.2015r.

Sz.O./SAG/41/5902/15

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu endoskopowego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/12/15

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni do samodzielnego pakietu 10 MYJNIĘ AUTOMATYCZNĄ DO ENDOSKOPOW (dwustanowiskową) z drukarką i dopuści urządzenie o następujących parametrach:

Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich	2 urządzenia jednocześnie, automatycznie otwierana pokrywa komory	
Środki do mycia i dezynfekcji	Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces, Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów. Środek myjący stosowany jednorazowo.	
Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu	Panel LCD (Polski/ Angielski)	
Proces	Ustawienia czasu (wszystkie ustawienia zapisywane)	1. Czas mycia (regulowany): 1sek.-59 min 2. Czas dezynfekcji (regulowany): 1sek.-59 min 3. Ciśnienie testu szczelności (regulowane): 200mmHg-400mmHg 4. Czas trwania testu szczelności (regulowany): 1 sek.-5 min 4. Detergent: 5sek., Alkohol: 5sek., Płukanie: 120 sek. (Czasy regulowane przez użytkownika)
	Tryby pracy	1. Tryb automatyczny: Powietrze→Detergent→Mycie+Wibracje→Powietrze→Dezynfekcja→ Powietrze→Płukanie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 2. Tryb dezynfekcja: Dezynfekcja→Powietrze→Płukanie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 3. Tryb mycie: Powietrze→Mycie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 4. Test szczelności 5. Wymuszony odpływ płynów z komory dezynfekcyjnej. 6. Napełnianie i opróżnianie środka dezynfekcyjnego. 7. Tryb ustawień daty i zegara
Pojemność zbiornika	Dezynfektant: 18L, Woda: 26L, Alkohol: 1L, Detergent: 1L	
System pomp	Pompa testu szczelności, Pompa powietrza, Pompa odpływu, Pompa dezynfektantu, Pompa wodna, Pompa alkoholu, Pompa detergentu	
System filtracji	Filtr wstępny (0,2 mikrona)	
Temperatura dezynfektantu	Regulowana 20°C - 30°C	

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Sposoby mycia	1. Powierzchnie zewnętrzne: Mycie z wibracjami, Mycie bieżącą wodą 2. Wnętrza kanałów: Przepływ płynów, Powietrze, Alkohol 3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Mycie z wibracjami, Przepływ płynów
Sposoby dezynfekcji	1. Powierzchnie zewnętrzne: Zanurzenie w w środku dezynfekcyjnym 2. Wnętrza kanałów: Wpływający i przepływający środek dezynfekcyjny, Alkohol, Powietrze 3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Zanurzenie w środku dezynfekcyjnym
Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji, testu szczelności	Wbudowana drukarka
System druku (cały proces)	1. Data i godzina rozpoczęcia procesu 2. Proces Mycia, Płukania, Dezynfekcji 3. Godzina zakończenia procesu 4. Temperatura środka dezynfekcyjnego 5. Ilość użyć środka dezynfekcyjnego 6. Wynik testu szczelności
Dezynfekcja wody	Wbudowana lampa UV
Konektory (złączki)	1 wyjście na test szczelności, 6 wyjść na kanały robocze, awaryjny spust środka dezynfekcyjnego
Podłączenie do instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej	Podłączenie hydrauliczne: zawór 1/2 cala, odpływ kanalizacyjny, gniazdo sieciowe jednofazowe AC220-240V:50/60Hz
Wymaganie elektryczne (napięcie)	AC220 – 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii	300w (Max 3kw)
Wymiary / Waga	768x733x1083 / 100kg
Autoryzowany serwis techniczny w Polsce	Okres gwarancji 24 miesiące, Niskie koszty serwisu pogwarancyjnego

Odpowiedź:

Nie, zamówienie jest niepodzielne.

Dotyczy poz. 4. Stół Zabiegowy pod zabiegi kolonoskopowe - 1 szt.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 7 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem regulacji wysokości leża 600 do 1000 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem regulacji kąta odchylenia oparcia pleców od -13 do 72 stopni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół z bezstopniową regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści stół niewyposażony w szynę ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści stół niewyposażony w wysuwaną misę ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy poz. 14. Łóżko - 1 szt.

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 7 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 400 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 500 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z rur metalowych, lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z rur ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13

Pkt. 9 Narzędzia endoskopowe do polipektomii, ostrzykiwań, klipsownica

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazową z załadowanym 1 klipsem, zgodnie z założeńiami sterylnego sprzętu jednorazowego?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 14

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie

Pytanie Nr 15

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 2, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 16

Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 17

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48h i po okresie gwarancji do 72h ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie

Pytanie Nr 18

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii w okresie gwarancji do 5 dni roboczych oraz do 10 dni roboczych po okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 19

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 20

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 17 oraz 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisów gdyż tylko uprawnieni pracownicy serwisu mogą dokonywać napraw a instrukcja serwisowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 21

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz.1.1 Wideokolonoskop pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli procesor o rozdzielczości co najmniej HDTV 1080p?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wprowadzi zaproponowaną punktację.

Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 22

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz.1.1 Wideokolonoskop pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop posiadający kanał roboczy o średnicy 3,7 mm?

Odpowiedź:

Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 23

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz.1.1 Wideokolonoskop pozycja 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wideokolonoskopu który posiada elastyczne złącze do procesora bez możliwości rotacji przyłącza do procesora?

Odpowiedź:

Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 24

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.2 Wideoprocesor pozycja 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wideoprocesora z funkcją zamrażania obrazu pomocniczego na kilka sekund zamiast zamrażania obrazu głównego?

Odpowiedź:

Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 25

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.2 Wideoprocesor pozycja 6

Czy Zamawiający może doprecyzować (w nawiązaniu do wymogu zaoferowania urządzeń wysokiej rozdzielczości np. HDTV) czy wymagane jest zaoferowanie wideoprocesora z co najmniej jednym gniazdem do wysokiej rozdzielczości, wyjścia sygnału HDTV: HD-SDI lub DVI?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.2 Wideoprocesor pozycja 9 i 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie mocniejszego źródła światła wbudowanego w procesor, typu LED o mocy będącej ekwiwalentem 300 W ksenon-u?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.2 Wideoprocesor pozycja 12

Czy Zamawiający zgodzi się na większą regulację barw tj. +/- 8 stopni dla barw: czerwonej i niebieskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 28

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.2 Wideoprocessor pozycja 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wideoprocessora bez wskaźnika zużycia lampy (ksenonowej)? Przy zastosowaniu technologii LED gwarantowana żywotność źródła światła jest 10 x dłuższa niż ksenonowej a rzeczywista nawet 20 x.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 29

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.2 Wideoprocessor pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wideoprocessor bez możliwości podłączenia echoendoskopów EUS, EBUS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 30

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.2 Wideoprocessor

Czy Zamawiający, z uwagi na bezpieczeństwo pracy zespołu, wymaga dostarczenia procesora z menu funkcyjnym w jęz. polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 31

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.4 Monitor Obrazowy pozycja 1-15

Czy Zamawiający dopuści do oceny i zaoferowania w miejsce opisanego, monitor o poniższych parametrach technicznych, w pełni zgodny z zaoferowanym wideoprocessorem?

Parametry:

Panel matrycowy IPS,

Podświetlenie LED

Wielkość ekranu - 24 Cal

Rozdzielczość- 1920 x 1200 (WUXGA)

Luminancja 300 cd/m² (Max),

Współczynnik kontrastu 1000:1

Matryca 10 bit – 1,08 miliarda kolorów

Reakcja matrycy – 14 ms

Kąt obserwacji - 178°

Gamma 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, PACS I

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 32

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.5 i 2.5 System Archiwizacji danych

Dotyczy 1.5. SYSTEM DO ARCHIWIZACJI DANYCH – OBRAZÓW POD ZESTAW KOLONOSKOPOWY – 1 szt. Pkt 1. oraz 2.5. SYSTEM DO ARCHIWIZACJI DANYCH – OBRAZÓW POD ZESTAW GASTROKOPOWY – 1 szt. Pkt 1.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu spełniania warunków wyrobu medycznego dot. oprogramowania?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Uzasadnienie: systemy archiwizacji danych dedykowane do stosowania w pracowniach endoskopowych nie spełniają wymogów dla wyrobów medycznych ponieważ nie służą diagnozie i leczeniu pacjenta, jak sama nazwa wskazuje służą do archiwizacji obrazów pozyskanych podczas badania, ocena przypadku chorobowego przez lekarza następuje w momencie badania, na podstawie obrazu z wideoendoskopu, a nie na podstawie zarejestrowanych obrazów. Według naszej wiedzy, żaden z systemów dostępnych na rynku nie wytycznych DYREKTYWY RADY 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, która w Art. 1 pkt 2a opisuje wyrób medyczny jako:

„wyrób medyczny oznacza dowolny przyrząd, aparat, urządzenie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, zawierający oprogramowanie konieczne do jego właściwego funkcjonowania przewidzianego przez wytwórcę, który ma być używany w odniesieniu do ludzi do celów:

- *diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,*
- *diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,*
- *badania, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,*
- *regulacji poczęć”*

System archiwizacji nie może być również uznany jako wyposażenie wyrobu medycznego, niezbędne do właściwego funkcjonowania, ponieważ zestaw wideoendoskopowy funkcjonuje również bez tego dodatkowego wyposażenia, źródło DYREKTYWA RADY 93/42/EWG Art. 1 pkt 2b:

„wyposażenie oznacza artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 33

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 12. PROGRAM DO ARCHIWIZACJI Z STACJĄ PC i MONITOREM – 1 szt. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie techniczne gdzie funkcję archiwizacji procesów mycia endoskopów będzie realizował system archiwizacji danych – obrazów? Takie rozwiązanie eliminuje konieczność instalacji dodatkowej stacji roboczej oraz zapewnia tzw. tracking endoskopu, kontrolę dezynfekcji aparatu, automatyczne przypisanie procesu dezynfekcji do badania wraz z wydrukiem procesu na opisie badania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 34

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1.5 SYSTEM DO ARCHIWIZACJI DANYCH – OBRAZÓW POD ZESTAW KOLONOSKOPOWY – 1 szt. Pkt 1. oraz Cz. 2.5. SYSTEM DO ARCHIWIZACJI DANYCH – OBRAZÓW POD ZESTAW GASTROKOPOWY – 1 szt. Pkt 1.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy serwera dla dwóch stanowisk systemu archiwizacji danych-obrazu? Rozwiązanie oparte o serwer zapewnia większe bezpieczeństwo gromadzonych danych, pozwala utrzymywać jedną bazę danych pacjentów z możliwością podziału list roboczych dla pracowni oraz uprości proces integracji systemami klasy HIS/RIS/PACS w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 35

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.1 Wideogastroskop pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się na lepszy parametr tj. średnicę zewnętrzną tuby wzornikowej 9,2 mm (wymagana jest 9,5-9,8mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 36

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.1 Wideogastroskop pozycja 6

Czy Zamawiający zgodzi się na lepszy parametr tj. wideogastroskop o głębi ostrości od 2-100mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 37

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.1 Wideogastroskop pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop minimalnie odbiegający od wymogu kątów wychylenia końcówki tj.

- góra 210°/ dół 90° i prawo 100°/lewo 100° ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 38

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.1 Wideogastroskop pozycja 12

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wideogastroskopu który posiada elastyczne złącze do procesora bez możliwości rotacji przyłącza do procesora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 39

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.2 Wideoprocessor Gastroskopowy pozycja 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wideoprocessora z funkcją zamrażania obrazu pomocniczego na kilka sekund zamiast zamrażania obrazu głównego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 40

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.2 Wideoprocessor Gastroskopowy pozycja 6

Czy Zamawiający może doprecyzować (w nawiązaniu do wymogu zaoferowania urządzeń wysokiej rozdzielczości np. HDTV) czy wymagane jest zaoferowanie wideoprocessora z co najmniej jednym gniazdem do wysokiej rozdzielczości, wyjścia sygnału HDTV: HD-SDI lub DVI?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 41

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.2 Wideoprocessor Gastroskopowy poz. 9 i 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie mocniejszego źródła światła wbudowanego w procesor, typu LED o mocy będącej ekwiwalentem 300 W ksenon-u?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 42

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.2 Wideoprocessor Gastrokopowy pozycja 12

Czy Zamawiający zgodzi się na większą regulację barw tj. +/- 8 stopni dla barw: czerwonej i niebieskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 43

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.2 Wideoprocessor Gastrokopowy pozycja 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wideoprocessora bez wskaźnika zużycia lampy (ksenonowej)? Przy zastosowaniu technologii LED gwarantowana żywotność źródła światła jest 10 x dłuższa niż ksenonowej a rzeczywista nawet 20 x.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 44

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.2 Wideoprocessor Gastrokopowy pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wideoprocessor bez możliwości podłączenia echoendoskopów EUS, EBUS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 45

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.2 Wideoprocessor Gastrokopowy

Czy Zamawiający, z uwagi na bezpieczeństwo pracy zespołu, wymaga dostarczenia procesora z menu funkcyjnym w jęz. polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 46

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 2.4 Monitor Obrazowy pozycja 1-15

Czy Zamawiający dopuści do oceny i zaoferowania w miejsce opisanego monitor o poniższych parametrach technicznych, w pełni zgodny z zaoferowanym wideoprocessorem?

Parametry:

Panel matrycowy IPS,

Podświetlenie LED

Wielkość ekranu - 24 Cal

Rozdzielczość- 1920 x 1200 (WUXGA)

Luminancja 300 cd/m2 (Max),

Współczynnik kontrastu 1000:1

Matryca 10 bit – 1,08 miliarda kolorów

Reakcja matrycy – 14 ms

Kąt obserwacji - 178°

Gamma 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, PACS I

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza takie rozwiązanie.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 47

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 9 Narzędzia endoskopowe do polipektomii, ostrzykiwań, klipsownica - 1 szt. - pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wszystkich narzędzi i klipsownicy (cz. 9) z pakietu głównego. Zamawiane ilości są mniejsze niż jednostki handlowe i nie mamy nawet możliwości zaoferowania w niektórych pozycjach wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 48

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 9 Narzędzia endoskopowe do polipektomii, ostrzykiwań, klipsownica - 1 szt. - pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamiast zestawu do opaskowania żyłaków przełyku 6 gumkowego ekwiwalentnie wg wartości klipsownicy wielorazowej oraz zamiast klipsownic jednorazowych dodatkowo 40 szt klipsów i 5 zestawów pętli do polipektomii?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 49

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o podanie typów posiadanych endoskopów, ilość i model.

Odpowiedź:

Gastroskop GIF-Q165 – 1 szt.

Pytanie Nr 50

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie myjni z drzwiami nieprzeszkłonymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 51

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 14

Czy Zamawiający zrezygnuje, z uwagi na dostarczany certyfikowany wyrób medyczny przeznaczony do przeprowadzenia procesu mycia i dezynfekcji zgodnego z wymogiem NFZ, z wymogu możliwości zaprogramowania dodatkowych programów (nie ma takiej potrzeby) czy też modyfikacji poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji przez użytkownika. Za prawidłowy i certyfikowany proces mycia i dezynfekcji odpowiada producent myjni który zabezpiecza i udostępnia odpowiednie programy, informacje jak i preparaty (odpłatnie) do wymaganych procesów. Dostęp do funkcji serwisowych możliwy jest także tylko dla autoryzowanych serwisantów dostawcy co chroni użytkownika przed nieprawidłowym zadziałaniem myjni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 52

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni z min. dwuliniowym wyświetlaczem komunikatów takich jak: faza programu, czas pozostały do końca procesu bez informacji o temp. i ciśnieniu testu szczelności? Myjnia posiada zabezpieczenie zarówno termiczne (przy 62°) jak i testera szczelności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 53

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści myjnię z zabezpieczeniem termicznym przy 62°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie Nr 54

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 24

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie myjni bez skanera kodów kreskowych a zastąpienie tego rozwiązania transponderami i czytnikiem identyfikatorów przez Endoskan.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie Nr 55

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 26 i 32

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu poprzez możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów posiadających certyfikacje zgodności z normami dla urządzeń myjąco-dezynfekujących EN 15883-1, 15883-4 z oferowaną przez Oferenta automatyczną myjnią ?

Certyfikacja środków chemicznych z określonym urządzeniem sprawia, że odpowiedzialność za skuteczność procesu i bezpieczeństwo ponosi producent myjni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie Nr 56

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 26

Czy jeśli zamawiający uzna za spełnienie wymogu możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów posiadających certyfikacje zgodności z normami dla urządzeń myjąco-dezynfekujących EN 15883-1, 15883-4 z oferowaną przez Oferenta automatyczną myjnią, a wykonawca może przedstawić tylko jedną kalkulację kosztów środków?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 57

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów - pozycja 29

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu w przypadku zaoferowania zewnętrznego urządzenia Endoskan wraz z drukarką (urządzenia do czytywania transponderów, identyfikatorów, urządzenia podłączonego z Endobazą i max. 3 myjniami)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie Nr 58

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 10 Myjnia automatyczna do endoskopów pozycja 30:

Czy Zamawiający zgodzi się na myjnię z testem szczelności 250>300mbar?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 59

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 1111 Skaner

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia sieciowego Endoskan kompatybilnego z oferowaną myjnią i systemem typu Endobasa? Zaproponowane urządzenie jest w pełni równoważne z wymogiem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie Nr 60

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 13 Stacja uzdatniania wody.

Czy, o ile myjnia nie wymaga zastosowania dodatkowej stacji uzdatniania wody, Wykonawca może zastosować w jej miejsce softener o odpowiedniej wydajności zmiękczający wodę przeznaczoną do myjni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 61

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 13 Stacja uzdatniania wody

Czy aktualnie dostarczana woda do szpitala (i pracowni endoskopowej) spełnia normę jakości wody pitnej? W przypadku spełniania tej normy nie ma potrzeby zastosowania filtrów osmotycznych a jedynie tzw. Softener (zmiękczacz wody do myjni) .

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 62

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Cz. 13 Stacja uzdatniania wody

Czy Zamawiający może podać szczegóły co do ew. min. wydajności stacji i istniejących lub wymaganych adaptacjach doprowadzenia wody? Czy podłączenie stacji nie wymaga ingerencji (przebudowy) w instalację wodno/kanalizacyjną szpitalną i czy ew. Zamawiający doprowadzi wodę we wskazane miejsce dedykowane na myjnię i stację uzdatniania wody.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 63

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. cz. 1 i 2 oraz system do archiwizacji.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy Zamawiający, mając na uwadze oszczędność kosztów bieżących a także zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli pełnego procesu przygotowania endoskopów do ponownego użycia, oczekuje i wymaga dostarczenia także specjalistycznej szafy na min. 7 endoskopów, do ich suszenia, przechowywania i ew. monitorowania użycia? Zastosowanie szafy z filtrami HEPA daje możliwość natychmiastowego ponownego użycia endoskopu nawet po dłuższym okresie przechowywania, brak konieczności ponownego mycia czystych endoskopów przed rozpoczęciem pracy. Szafa zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniem i nieupoważnionym dostępem, obniża koszty (amortyzacja już po roku), może być skomunikowana z systemem typu Endobasa tą samą licencją co myjnia.

Szafa wymaga podłączenia sprężonego powietrza klasy medycznej i zasilania 230 V na co zwracamy uwagę przy ew. odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 64

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zapisów umowy i SIWZ:

Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe adaptacje lub przebudowę pomieszczeń pracowni?

Jeśli tak to prosimy o ew. informacje na ten temat a także o zamieszczenie zwymiarowanych rzutów pomieszczeń w szczególności tego pomieszczenia w którym planowane jest zlokalizowanie myjni automatycznych i zlewów do wstępnego mycia, informację czy jest tam doprowadzone zasilanie 400V.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 65

Dotyczące zapisów umowy i SIWZ pkt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wykonania zamówienia wynosił do 4 tygodni od dnia podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 66

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy oraz SIWZ pkt. 6.5 podpunkt 2-3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyposażenia (tj. np. wyposażenie wózka np. ramię, uchwyt do wózka, butle; systemy do archiwizacji danych, program do archiwizacji z stacją PC i monitorem, stacja uzdatniania wody), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w.w punktach ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 67

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów SIWZ i umowy:

Ponieważ przedmiotem postępowania jest dostawa również myjni endoskopowej, celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający zobowiązuje się do przystosowania pomieszczeń, w których ma zostać zainstalowany przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną przez Dostawcę wraz z oferta przetargowa, Dokumentacja Techniczno Rozruchowa. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie Wykonawcom 2 dni przed terminem otwarcia ofert niezbędnej dokumentacji technicznej budynku, a także uzyskanie przez Zamawiającego

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie prac dostosowawczych od właściwych organów administracji państwowej i uzależnienie terminu zakończenia dostawy od uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń na przeprowadzenie przez Wykonawcę prac remontowo - budowlanych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zobowiązuje się do dostosowania pomieszczeń.

Pytanie Nr 68

Dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu z „24 godziny” na „48 godzin” w dni robocze ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 69

Dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminów usunięcia awarii w okresie gwarancji: naprawy drobne do 5 dni roboczych, a w przypadku napraw dokonanych poza granicami RP do 12 dni roboczych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 70

Dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia awarii po okresie gwarancji w przypadku napraw dokonanych poza granicami RP do 12 dni roboczych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 71

Dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 6:

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopuszczenie na zmianę w pkt. 6 „minimalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji „

naprawy serwisowe mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego (art. 5 KC i art. 353¹ KC.)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 72

Dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie 8-letniego okresu dostępności części zamiennych ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 73

Dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 14:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów pkt. 14 z formularza załącznika nr 3 do SIWZ ?

Sprzedaż części zamiennych jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art.90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy zrezygnuje z wymagania dostarczenia

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne Wykonawca odpowiada, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat.

Pytanie Nr 74

Dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów pkt. 17 z formularza załącznika nr 3 do SIWZ ?

Wykonywanie takich czynności lub napraw jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art.90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych. Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy wyrazi zgodę zrezygnuje z w.w wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 75

Dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 19:

Celem doprecyzowania zapisów pkt. 19 prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „instrukcje serwisowe” Zamawiający żąda instrukcji obsługi urządzeń.

W przeciwnym wypadku prosimy o usunięcie zapisów pkt. 19 z formularza załącznika nr 3 do SIWZ ?

Instrukcje serwisowe części zamiennych jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art.90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy zrezygnuje z wymagania dostarczenia

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne Wykonawca odpowiada, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urzędnika mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający rezygnuje.

Pytanie Nr 76

Dotyczące zapisów umowy paragraf 2 pkt. 8:

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw gwarancyjnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 77

Dotyczące zapisów umowy paragraf 2 pkt. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na dowód potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej został załączony inny dokument (świadczenie ubezpieczeniowe) z którego wynika, że Wykonawca jest ubezpieczony ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 78

Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 pkt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna liczona była od towaru, którego dotyczy opóźnienie, nie od całej umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 79

Ponadto prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w trakcie przekształcania.

Pytanie Nr 80

Czy zamawiające będzie wymagał **OPROGRAMOWANIA – licencji na 2 stanowiska, wyrób niemedyczny?**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 81

Czy zamawiające będzie wymagał by Wykonawca dostarczy, skonfiguruje pakiet oprogramowania komputerowego przeznaczony do:

- wspomagania pracy pracowni endoskopowej,

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

- wspomaganie procesu diagnozy wykonanych badań,
 - tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.
- oraz przeszkoli niezbędny personel i administratorów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 82

Czy zamawiające będzie wymagał aby dostarczone oprogramowanie musiało umożliwiać rejestrowanie zdjęć z urządzeń medycznych (np. z: endoskopów, USG, mikroskopów, adapterów cyfrowych), w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Następnie ich przetwarzanie, rejestrację i kwantyfikację ułatwiające interpretację informacji medycznej poprzez wbudowany zestaw narzędzi analizy obrazu, których funkcje to minimum: powiększanie, filtrowanie, wykonywanie obliczeń i pomiarów, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 83

Czy zamawiające będzie wymagał by dostarczone oprogramowanie musiało umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, histeroskopu, lampy szczelinowej) oraz urządzeń pomiarowych (np. tonometr, refraktometr, pachymetr) w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 84

Czy zamawiające będzie wymagał by Oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych powinno umożliwiać otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację wyników badań. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, histeroskopu, lampy szczelinowej) oraz urządzeń pomiarowych (np. tonometr, refraktometr, pachymetr) w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 85

Czy zamawiające będzie wymagał by wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z urządzeń diagnostycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 86

Czy zamawiające będzie wymagał ,aby Dokumentacja badań medycznych – zawierała kartotekę pacjentów?

Odpowiedź:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 87

Czy zamawiające będzie wymagał, aby program zawierał dostęp do historii choroby, diagnoz, rozpoznań (kody ICD 10 i ICD 9)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 88

Czy zamawiające będzie wymagał by w/w program zawierał profesjonalne formularze badań specjalistycznych ułatwiające proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji. Formularze muszą mieć możliwość definiowania gotowych opisów, które znacznie przyspieszą ich wypełnianie i zminimalizują prawdopodobieństwo popełnienia błędów językowych. W szczególności powinno zawierać dedykowany formularz do przeprowadzania badań endoskopowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 89

Czy zamawiające będzie wymagał wydruku zaleceń, skierowań, recept, historii choroby?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 90

Czy zamawiające będzie wymagał ,aby archiwizacja, przeglądanie i analiza zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 91

Czy zamawiające będzie wymagał rejestracji obrazów i wideo z sygnałów analogowych (WIDEO) i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). Przechwytywanie obrazów i plików pdf z udostępnionego katalogu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 92

Czy zamawiające będzie wymagał zaawansowanego narzędzia do przetwarzania obrazu diagnostycznego, ułatwiającego jego analizę i interpretację - powiększanie, filtrowanie (filtr czerwony, zielony, niebieski), wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu wg określonych kryteriów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 93

Czy zamawiające będzie wymagał nagrywania na nośnikach CD/DVD, Pendrive, wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań z wybranej wizyty?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 94

Czy zamawiające będzie wymagał udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD, Pendrive?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 95

Czy zamawiające będzie wymagał Raportu z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 96

Czy zamawiające będzie wymagał aktualnej bazy kodów ICD-9 oraz ICD-10?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 97

Czy zamawiające będzie wymagał automatycznie aktualizowania baza leków?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 98

Czy zamawiające będzie wymagał możliwości generowania zestawień wykonanych badań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 99

Czy zamawiające będzie wymagał bezpieczeństwa danych dzięki możliwości archiwizacji. Archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardej, serwerach plików?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 100

Czy zamawiające będzie wymagał wydruku raportu zawierającego wybrane dane medyczne (obrazy i klatki) z opisem oraz danymi pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 101

Czy zamawiające będzie wymagał poufności danych dzięki systemowi uprawnień użytkowników oraz szyfrowaniu plików multimedialnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 102

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy zamawiające będzie wymagał by praca w architekturze klient-serwer odbywała się w oparciu o relacyjną bazę danych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 103

Czy zamawiające będzie wymagał możliwość obsługi formatu DICOM (możliwość importu i eksportu)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 104

Czy zamawiające będzie wymagał możliwości obsługi modułu SMS/e-mail umożliwiającego zarówno automatyczne przypominanie o terminach wizyt jak również bezpośredni kontakt z wybranym pacjentem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 105

Czy zamawiające będzie wymagał Obsługi w języku polskim i angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 106

Czy zamawiające będzie wymagał by program miał oparcie w pracy w środowisku MS Windows 7, 8.1, lub 10. Aplikacja serwerowa także Windows Server 2008 i 2012?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 107

Czy zamawiające będzie wymagał budowy modułowej – dającą możliwość konfiguracji i rozbudowy w terminie późniejszym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 108

Czy zamawiające będzie wymagał możliwości identyfikacji głowicy endoskopu przy pomocy kodów kreskowych w formularzu endoskopia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 109

Czy zamawiające będzie wymagał wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 110

Czy zamawiające będzie wymagał Informacji o datach wizyt, wykonanych badaniach, zapisanych zdjęciach i filmach?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 111

Czy zamawiające będzie wymagał przeszukiwania bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numerach karty pacjenta, słów zawartych w diagnozie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 112

Czy zamawiające będzie wymagał by badania zawierały – szczegółowe formularze badań, diagnozy, historia choroby, kody ICD 10 i ICD 9?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 113

Czy zamawiające będzie wymagał aby zalecenia, skierowania zawierały– edycja i wydruk?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 114

Czy zamawiające będzie wymagał ,aby recepty miały możliwości– wystawianie, wydruk, baza leków?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 115

Czy zamawiające będzie wymagał , aby był możliwy zapis i odczyt obrazów w różnych formatach (TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 116

Czy zamawiające będzie wymagał rejestracji obrazów z sygnałów analogowych i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 117

Czy zamawiające będzie wymagał by program zawierał podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, wstawianie opisów, znaczników, elementów graf.)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 118

Czy zamawiające będzie wymagał filtrowania obrazu (filtr czerwony, zielony, niebieski)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 119

Czy zamawiające będzie wymagał zaawansowania przetwarzania obrazu wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 120

Czy zamawiające będzie wymagał - zapisu filmu cyfrowego na dysku twardym komputera, a następnie jego edycja (wybrane klatki)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 121

Czy zamawiające będzie wymagał współpracy z urządzeniami obrazującymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 122

Czy zamawiające będzie wymagał możliwości zapisywania i wysyłania zdjęć w formacie DICOM 3?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 123

Czy zamawiające będzie wymagał możliwości przechwytywania i przeglądania zdjęć w formacie DICOM 3?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 124

Czy zamawiające będzie wymagał dodatkowej obsługi skanera zdjęć (skanowanie i zapis zdjęć w programie)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 125

Czy zamawiające będzie wymagał możliwości zapisywania zdjęć i nagrań wideo przy użyciu przycisków na głowicy endoskopu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

Pytanie Nr 126

Czy zamawiające będzie wymagał możliwości zapisywania zdjęć i nagrań wideo przy użyciu przycisku nożnego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ale dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

ZESTAW KOLONOSKOPOWY - 1 szt.

1.1. WIEOKOLONOSKOP

Pytanie Nr 127

Dot. pkt. 4

Czy zamawiające będzie wymagał średnicy zewnętrznej końcówki endoskopu max. 12,8 mm jako bardziej dynamicznej ?

Wszystkie firmy na rynku polskim spełniają proponowany parametr.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 128

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany videokolonoskop był aparatem wysokiej rozdzielczości HD, kompatybilny z oferowanym procesorem?

Czy Zamawiający wymaga videokolonoskopu kompatybilnego z oferowanym procesorem wysokiej rozdzielczości HD?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 129

Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści programowalne przyciski endoskopowe min. 3 z możliwością przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC? Ilość przycisków nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań ani dla dobra pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 130

Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji przy zapisie pkt. 13: „Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180°”? Jest to określenie rozwiązania technicznego charakterystycznego wyłącznie dla jednej firmy – Pentax; pozostali producenci sprzętu endoskopowego mają inne rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1.1. WIDEOPROCESOR ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POD ZESTAW KOLONOSKOPOWY – 1 szt.

Pytanie Nr 131

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający będzie wymagał wyjścia sygnału Y/C, RGBS, Composite, DVI jako sygnału cyfrowego?

Odpowiedź:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 132

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający będzie wymagał moc oświetlenia min 150 W? Moc oświetlenia 100W jest przestarzałym rozwiązaniem stosowanym tylko przez jedną firmę – Pentax. Żaden z pozostałych producentów sprzętu endoskopowego nie stosuje już od dawna takiego rozwiązania (słabszego oświetlenia). Proponowana moc oświetlenia min. 150 W daje lepsze obrazowanie i lepsze możliwości diagnostyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 133

Dot. pkt. 16

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt. 16: „, możliwość podłączenia echoendoskopów EUS, EBUS”? Przedmiotem postępowania nie są echoendoskopy EUS, EBUS.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 134

Czy Zamawiający będzie wymagał video procesor ze źródłem światła HDTV 1080p lub 1080i?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 135

Czy Zamawiający będzie wymagał rozdzielczości obrazowania 1920 x 1080?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 136

Czy Zamawiający będzie wymagał aby procesor posiadał lampę zapasową włączaną automatycznie w razie awarii lampy głównej w celu kontynuacji i zabezpieczenia prawidłowej procedury badań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 137

Czy Zamawiający będzie wymagał lampę zapasową xenonową lub halogenową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 138

Ze względu na to, że Zamawiający wymaga w pkt. 1.4 ppkt. 4 monitora Full HD - Czy Zamawiający będzie wymagał również takiego procesora – o rozdzielczości Full HD?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1.4.MONITOR OBRAZOWY POD ZESTAW KOLONOSKOPOWY

Pytanie Nr 139

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści monitor LED TFT?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 140

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji 14 ms?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 141

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści jasność 300 cd/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 142

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści kalibracja: temperatura barw: 6500, 9500?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 143

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający zmieni zapis na tryb pracy PiP lub PbP?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2.ZESTAW GASTROSKOPY - 1 szt.

2.1.WIDEOGASTROSKOP – 1 szt.

Pytanie Nr 144

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany videogastroskop był aparatem wysokiej rozdzielczości HD, kompatybilny z oferowanym procesorem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 145

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający wymaga videogastroskopu kompatybilnego z oferowanym procesorem wysokiej rozdzielczości HD?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 146

Dot. pkt. 4

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy Zamawiający dopuści videogastroskop o lepszym parametrze jakim jest średnica zewnętrzna tuby wziernikowej 8,5 mm przy zachowaniu średnicy kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 147

Dot. pkt. 6

Czy zamawiający dopuści lepszy parametr jakim jest głębia ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 148

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści videogastroskop o wychyleniu końcówki sondy wziernikowej góra 210 stopni, dół 90 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 149

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści videogastroskop o lepszej długości roboczej sondy wziernikowej 1100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 150

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji przy zapisie pkt. 12: „Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180°”? Jest określenie rozwiązania technicznego charakterystycznego wyłącznie dla jednej firmy – Pentax; pozostali producenci sprzętu endoskopowego mają inne rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.2. WIDEOPROCESOR ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POD ZESTAW GASTROSKOPOWY

Pytanie Nr 151

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający będzie wymagał wyjścia sygnału Y/C, RGBS, Composite, DVI jako sygnału cyfrowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 152

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający będzie wymagał moc oświetlenia min 150 W? Moc oświetlenia 100W jest przestarzałym rozwiązaniem stosowanym tylko przez jedną firmę – Pentax. Żaden z pozostałych producentów sprzętu endoskopowego nie stosuje już od dawna takiego rozwiązania (słabszego oświetlenia). Proponowana moc oświetlenia 150 W daje lepsze obrazowanie i lepsze możliwości diagnostyczne.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 153

Dot. pkt. 16

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt. 16: „ możliwość podłączenia echoendoskopów EUS, EBUS”? Przedmiotem postępowania nie są echoendoskopy EUS, EBUS.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 154

Czy Zamawiający będzie wymagał video procesor ze źródłem światła HDTV 1080p lub 1080i?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 155

Czy Zamawiający będzie wymagał rozdzielczości obrazowania 1920 x 1080?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 156

Czy Zamawiający będzie wymagał aby procesor posiadał lampę zapasową włączaną automatycznie w razie awarii lampy głównej w celu kontynuacji i zabezpieczenia prawidłowej procedury badań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 157

Czy Zamawiający będzie wymagał lampę zapasową xenonową lub halogenową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 158

Ze względu na to, że Zamawiający wymaga w pkt. 2.4 ppkt. 4 monitora Full HD - Czy Zamawiający będzie wymagał również takiego procesora – o rozdzielczości Full HD?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.4.MONITOR OBRAZOWY POD ZESTAW GASTROSKOPOWY

Pytanie Nr 159

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści monitor LED TFT?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 160

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji 14 ms?

Odpowiedź:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 161

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści jasność 300 cd/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 162

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści kalibracja: temperatura barw: 6500, 9500?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 163

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający zmieni zapis na tryb pracy PiP lub PbP?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3.MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA DO NARZĘDZI

Pytanie Nr 164

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o wymiarach wewnętrznych wanny 295x235x100 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4.STÓŁ ZABIEGOWY POD ZABIEGI KOLONOSKOPOWE

Pytanie Nr 165

Dot. pkt. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach zewnętrznych ok. 2050 x 730 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 166

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści zakres wysokości leżą ok. 600-900 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 167

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu Trendelenburga ok. 0-20 stopni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 168

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Dot. pkt.5

Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu anty-Trendelenburga ok. 0-12 stopni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 169

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści leżce dwu – lub trzy-segmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 170

Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści pod leżem prowadnice na kasetę, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża?

Czy Zamawiający dopuści standardowe wyposażenie obejmujące :

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 171

Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści standardowe wyposażenie obejmujące:

- składane barierki boczne,
- wieszak kroplówki,
- kosz na ubranie pacjenta,
- cztery krążki odbojowe,
- materac w szerokiej gamie kolorów,
- zaopatrzone w uchwyty umożliwiające

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 172

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści pod leżem prowadnice na kasetę, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 173

Czy Zamawiający dopuści hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana za pomocą dźwigni nożnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 174

Czy Zamawiający dopuści cztery antystatyczne koła jezdne ,o średnicy 150 mm lub 200 mm (opcja),blokowane centralnie, w tym jedno z blokadą kierunkową?

Odpowiedź:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 175

Czy Zamawiający dopuści składane barierki boczne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5.LEŻANKA WYBUDZENIOWA Z SZAFKĄ DLA PACJENTÓW

Pytanie Nr 176

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści długość całkowita stołu: 1950 mm (+/- 20 mm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 177

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowita stołu: 650 mm (+/- 20 mm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5.LEŻANKA WYBUDZENIOWA Z SZAFKĄ DLA PACJENTÓW

Dot. pkt.2 i 3

Pytanie Nr 178

Czy Zamawiający dopuści by podstawa stołu, wykończona była estetycznym tworzywem ABS, ułatwiającym dezynfekcję?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 179

Czy Zamawiający dopuści wykończenie leża stołu posiadające miękką wyściółkę, natomiast boki na całej długości z podniesionymi krawędziami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 180

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyposażenia stołu w uchwyt na ręczniki jednorazowe wykonane ze stali nierdzewnej, szyny akcesoryjne „ISO” 25x10 ze stali nierdzewnej oraz barierki boczne, zabezpieczające pacjenta podczas transportu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 181

Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie min. 0 - 75° – regulacja płynna, bezstopniowa z dostępem do funkcji po obu stronach stołu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 182

Czy Zamawiający dopuści możliwość uniesienia segmentu nóg manualnie - w zakresie min. 0 - 8° (co najmniej kilka ustawień) z dostępem do funkcji po obu stronach stołu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 183

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości stołu hydrauliczną w zakresie: 400 do 800 mm (+/- 20 mm) z dostępem do funkcji po obu stronach stołu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 184

Czy Zamawiający dopuści stół mobilny, wyposażony w koła o średnicy 100 mm – wszystkie koła z hamulcem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 185

Czy Zamawiający dopuści wykończenie leża stołu posiadające miękką wyściółkę, natomiast boki na całej długości z podniesionymi krawędziami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 186

Czy Zamawiający dopuści pod blatem stołu od strony głowy i nóg zintegrowane uchwyty ułatwiające przemieszczanie i manewrowanie stołem, nie powiększające jego szerokości, ani długości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 187

Czy Zamawiający dopuści powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 188

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorystyki wykończenia segmentów leża (minimum 12 kolorów)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 189

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyposażenia stołu w uchwyty na ręczniki jednorazowe wykonane ze stali nierdzewnej, szyny akcesoryjne „ISO” 25x10 ze stali nierdzewnej oraz barierki boczne, zabezpieczające pacjenta podczas transportu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

6. DIATERMIA Z ARGONEM I NARZĘDZIAMI DO ELEKTROCHIRURGII

Pytanie Nr 190

Dot. pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści pętlę endoskopowa o średnicy korpusu 2,4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE DO POLIPEKTOMII I OSTRZYKIWAŃ, KLIPSOWNICA

Pytanie Nr 191

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazową z min. 3 klipsami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. MYJNIA AUTOMATYCZNA DO ENDOSKOPÓW

Pytanie Nr 192

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści myjnię z procesem dezynfekcji odbywającym się w temperaturze pokojowej z możliwością podgrzewania w zakresie 0-58 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 193

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści jednokrotne jak i wielokrotne stosowanie roztworu roboczego – środka dezynfekcyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 194

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści komorę mycia wykonaną z kwasoodpornego materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących używanych w myjni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 195

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści myjnię ze szczelnie zamkniętą pokrywą – czyli brak możliwości wydostania się oparów (praca w szczelnie zamkniętym systemie)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 196

Dot. pkt. 10

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy Zamawiający dopuści by endoskop był wkładany bezpośrednio w sposób luźny i naturalny do komory myjącej w kosz, a tym samym osoba obsługująca myjkę nie musiała wykonywać dodatkowych „przysiadów” podczas tej operacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 197

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bardziej ergonomiczne w postaci drzwi automatyczne podnoszenie drzwi do góry ? Rozwiązanie to nie ma żadnego wpływu na proces mycia endoskopów jak i na dobro czy bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 198

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści przedmuchiwanie powierzchni wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 199

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania dodatkowych programów lub modyfikacji poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury sterującej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 200

Dot. pkt. 18.

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu poz. 19.jako typowe dla myjki produkowanej przez firmę BHT? Czy dopuści komunikat wizualny informujący o zbliżającej się terminie dokonania przeglądu okresowego – co rocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 201

Dot. pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści możliwość dozowania detergentu i alkoholu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 202

Dot. pkt. 21

Czy Zamawiający wymagać będzie zasilania elektrycznego 220-230 V; 50 Hz – ze względu na mniejsze pobory mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 203

25. Czy Zamawiający dopuści myjnię z możliwością podłączenia PC?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 204

Dot. pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści myjnię ze zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat CE i deklarację zgodności (zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11.SKANER

Pytanie Nr 205

Czy zamawiające będzie wymagał by identyfikacja endoskopów odbywała się za pomocą skanera kodów kreskowych umiejscowionego na obudowie myjki i stanowiącą integralną część myjki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ale dopuszcza.

12.PROGRAM DO ARCHIWIZACJI ZE STACJĄ PC I MONITOREM

Pytanie Nr 206

W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowanie w pozycji „12. PROGRAM DO ARCHIWIZACJI ZE STACJĄ PC I MONITOREM” czy zrezygnuje z systemu do archiwizacji przy zestawie do videokolonoskopie i przy zestawie do video gastrokopii? Pragniemy zauważyć, że program z pozycji 12 jest w stanie obsłużyć zestaw videokolonoskopowy oraz zestaw video gastrokopowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13.STACJA UZDATNIANIA WODY

Pytanie Nr 207

Czy Zamawiający zrezygnuje z pozycji „13. STACJA UZDATNIANIA WODY w przypadku gdy oferowana myjnia nie potrzebuje takiej stacji a tym samym pozwoli zredukować zbyteczne koszty?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14.ŁÓŻKO

Pytanie Nr 208

Czy Zamawiający dopuści by leże łóżka było w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego min. 3 są ruchome?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 209

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy Zamawiający dopuści by Segmenty leża wypełnione były płytami HPL - łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, z metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi przed przemieszczaniem materaca oraz o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 210

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery ergonomiczne barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 211

Czy Zamawiający dopuści barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 212

Czy Zamawiający dopuści barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 213

Czy Zamawiający dopuści system opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 214

Czy Zamawiający dopuści barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 215

Czy Zamawiający dopuści barierki oraz szczyty łóżka posiadające wyprofilowane, wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Uchwyty do wstawania dostępne również po opuszczeniu barierek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 216

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy Zamawiający dopuści aby konstrukcja barierki zapewniała bezpieczeństwo pacjenta i personelu, bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie, zgodne z normą EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 217

Czy Zamawiający dopuści możliwość opuszczenia barierki poniżej poziomu materaca, w sposób ułatwiający pacjentowi wstawanie oraz siedzenie na łóżku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 218

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia: min. oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 219

Czy Zamawiający dopuści by w czterech narożnikach umieszczone były tuleje do mocowania wieszaka kroplówki, lub wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 220

Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami łóżka za pomocą pilota:

- regulacja segmentu oparcia pleców
- regulacja segmentu uda
- regulacja wysokości leża
- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- regulacja funkcji autokontur?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 221

Czy Zamawiający dopuści funkcję „podwójnej autoregresji” min. 165mm zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 222

Czy Zamawiający dopuści zakres elektrycznych regulacji:

- a) segment oparcia pleców: 0 - 75° (+/- 5°) z funkcją autoregresji
- b) segment uda: 0 – 45° (+/- 5°) z funkcją autoregresji
- c) pozycja Trendelenburga min. 13o
- d) pozycja anty-Trendelenburga min. 14o
- e) regulacja wysokości leża w zakresie od 400 do 860 mm (+/- 20 mm)?

Odpowiedź:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 223

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dźwignię manualnego CPR oparcia pleców. Dźwignia dostępna z obu stron łóżka, wyraźnie oznaczona kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym lub pomarańczowym)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 224

Czy Zamawiający dopuści by narożniki łóżka wyposażone były w duże krążki odbojowe o wysokości min. 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 225

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżek z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas transportu łóżka). Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 226

Czy Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie łóżka we wszystkich pozycjach min. 250 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 227

Czy Zamawiający dopuści układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 228

Czy Zamawiający dopuści by podstawa łóżka wyposażona była w system centralnej blokady kół z funkcją jazdy na wprost i łatwego manewrowania, koła o średnicy min. 150 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 229

Czy Zamawiający dopuści podstawę łóżka od strony szczytu głowy jak i szczytu nóg, osłonięta estetyczną osłoną tworzywową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 230

Czy Zamawiający dopuści dźwignie hamulca centralnego dostępne z obu stron łóżka od strony nóg pacjenta o wymiarach:

a) długość całkowita łóżka nie większa niż 2200 mm

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

-
- b) szerokość całkowita łóżka z barierkami nie większa niż 970 mm
c) prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 173 mm (np. w celu współpracy łóżka z podnośnikiem pacjenta)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 231

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie łóżka:

- a) Materac
b) Wieszak kroplówki

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 232

Czy Zamawiający dopuści by cały układ elektryczny był o klasie szczelności IP66?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Szpital Ogólny w Kolnie informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień **04.12.2015r.** Termin składania ofert i wnoszenia wadium do godz. **11:00**, otwarcie ofert godz. **11:30**.

Dokonana zmiana dotycząca terminu składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium została przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.11.2015r. i umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrowieć