

Kolno, dnia 30.03.2016r.

Sz.O./SAG/41/ /16

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/02/16.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (30/70) i 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nie ma ten sam skład chemiczny, te same parametry podtrzymywania tkankowego i czasu wchłaniania. Nieznaczna różnica w poleceniu nici nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici. Różnica polega jedynie na proporcjach kwasów glikolowego i mlekowego w powleczeniu nici zamiast 35/65 oferujemy 30/70. Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-8:

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniany, polidiodksanon, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 9-12:

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniający, kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1-23:

Czy Zamawiający wydzielili pozycje 1-23 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1-5, 9:

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne o gramaturze 70 g/m² i wielkości porów 1,2-1,4 mm oraz grubości 0,56 mm, pozostałe parametry bez zmian oraz uwzględniając powyższe parametry w pozycji 3 rozmiar siatki 8x15 cm i w pozycji 5 rozmiar siatki 6x11 cm lub 8x15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 6-8:

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne o gramaturze 55 g/m² i wielkości porów 1,5-1,7 mm oraz grubości 0,36 mm, pozostałe parametry bez zmian oraz uwzględniając powyższe parametry w pozycji 7 rozmiar siatki 8x15 cm lub 6x11 cm i w pozycji 8 rozmiar siatki 8x15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 10-11:

Czy Zamawiający wydzielili pozycje 10-11 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktyny, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępienie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni.

Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP:

Bezpośrednio po wszczepieniu –140% po 14 dniach - 80%, po 21 dniach - 30%.

Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 10

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 gdziekolwiek mowa o długości szwu 70 cm, dopuści szew o długości 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycje 4, 9, 15, 16 zamiast igły okrągłej 26mm pogrubionej, dopuści igłę okrągłą 27mm wzmocnioną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 21 zamiast igły 30 mm okrągłej pogrubionej dopuści igłę 27mm okrągłą wzmocnioną lub igłę 37mm okrągłą wzmocnioną lub igłę 30mm okrągłą bez wskazania pogrubiona?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycje 23, 26 zamiast igły 40 mm okrągłej pogrubionej dopuści igłę 40mm okrągłą wzmocnioną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 25 zamiast igły krótkiej tnącej haczyk typu J 30mm pogrubiona, dopuści igłę okrągłą haczyk typu J 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 28 zamiast igły 40 mm odwrotnie tnącej pogrubionej, dopuści igłę 40mm odwrotnie tnącą wzmocnioną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 28 dopuści szew o długości 90 cm (zamiast 70 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 17

Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycje 33, 35, 37, 39 dopuści szew o długości 150 cm (zamiast 120-140 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18

Dotyczy Pakietu Nr 6:

Czy zamawiający w Pakiecie 6 pozycje 4 i 5 dopuści siatkę poliestrową o gramaturze 78 g/m² (zamiast 88 g/m²)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl