

Kolno, dnia 15.06.2016r.

Sz.O./SAG/41/05/16

Do wszystkich uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/05/16.

Szpital Ogólny w Kolnie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie, ogłoszonego w dniu 13.05.2016r. (numer ogłoszenia 120582-2016) Zamawiający dokonał w dniu 15.06.2016r. wyboru najkorzystniejszej oferty:

- w zakresie pakietu Nr 1 oferta Nr 2:

Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Księdza Brzóska 94/18, 91-347 Łódź za cenę 4.590,00 zł / brutto.

- w zakresie pakietu Nr 2 oferta Nr 1:

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa za cenę 3.402,00 zł / brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferty w/w Wykonawców uzyskały największą łączną liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ tj. cena – 98% i termin dostawy – 2% oraz spełniają wszystkie wymogi i warunki zawarte w SIWZ.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Pakiet Nr 1

- Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – oferta Nr 1- oferta nie podlega ocenie – oferta odrzucona.
- Inter Consult MD Sp.z o.o. Sp. k., ul. Księdza Brzóska 94/18, 91-347 Łódź – oferta Nr 2.
Liczba pkt. w kryterium cena – 98,00 pkt.
Liczba pkt. w kryterium termin dostawy – 2,00 pkt.
Łącznie: 100,00 pkt.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pakiet Nr 2

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Hłżecka 24, 02-135 Warszawa – oferta Nr 1.

Liczba pkt. w kryterium cena – 98,00 pkt.

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy – 2,00 pkt.

Łącznie: 100,00 pkt.

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 15.06.2016r. w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę wykonawcy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Hłżecka 24, 02-135 Warszawa – oferta Nr 1 w zakresie pakietu Nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Wykonawca w swojej ofercie w zakresie pakietu Nr 1 w poz. 1 zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. W przedmiotowym pakiecie Nr 1 w poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania (Siatka chirurgiczna do przepuklin, polipropylenowa, termicznie prasowana niewchłaniająca, struktura prawdziwego monofilamentu, nie dająca odczynów, nie strzępiąca się, dająca się dowolnie ciąć, gramatura 50 g/m², wielkość porów 1 mm, rozmiar 30 x 30 cm), natomiast Wykonawca zaoferował w poz. 1 Siatkę polipropylenową PROLENE PML1, waga siatki 80-85 g/m², grubość siatki 0,5 mm, rozmiar 30 cm x 30 cm. W związku z tym zaoferowana siatka jest niezgodna z wymaganiami treści SIWZ.

Jednocześnie Szpital Ogólny w Kolnie zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), że umowa w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionymi Wykonawcami może być zawarta po dniu 20.06.2016r. - podstawa art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do wiadomości:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

Treść ogłoszenia obwieszczono:

- tablica ogłoszeń Szpitala Ogólnego w Kolnie

- strona internetowa Zamawiającego – www.szpitalkolno.pl