


# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 04.10.2018r.

Sz.O./SAG/41/11/18



Do wszystkich uczestników postępowania

## ZMIANA TREŚCI

### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą oraz pasków do badania moczu wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/11/18.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, w następującym zakresie:

1. W załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy Nr 1 zmienia się treść pkt. 3:

Z:

„Karta do BTA zawierająca odpowiednie surowice monowalentne o profilach: IgG,IgA,IgM,C3c,C3d,Ctl lub IgG,C3d,Ctl/IgG,C3d,Ctl”

Na:

„Karta do BTA zawierająca odpowiednie surowice monowalentne o profilach: IgG,IgA,IgM,C3c,C3d,Ctl lub IgG,C3d,Ctl/IgG,C3d,Ctl”

2. W załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy Nr 1 zmienia się treść pkt. 6:

Z:

„Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał 3x10 ml”

Na:

„Zestaw 3 lub 4 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał”

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

---

3. W załączniku Nr 2 do SIWZ w Parametrach Granicznych (odcinające) zmienia się treść zapisu:

**Z:**

„Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych fabrycznie żelowym podłożem separującym”

**Na:**

„Mikrokarty muszą składać się z 6 lub 8 kolumn wypełnionych fabrycznie żelowym podłożem separującym”

4. W załączniku Nr 2 do SIWZ w Parametrach Granicznych (odcinające) zmienia się treść zapisu:

**Z:**

„Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krw. wzorcowych wykrywających antygen Cw – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.”

**Na:**

„Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 lub 4 krw. wzorcowych wykrywających antygen Cw – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.”

Zamawiający zmieniony załącznik zamieścił na stronie internetowej: [www.szpitalkolno.pl](http://www.szpitalkolno.pl) jako Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianach.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

*Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: [www.szpitalkolno.pl](http://www.szpitalkolno.pl)*

p.o. z-cy DYREKTORA  
ds. LECZNICTWA  
*lek. med. Grzegorz Łojewski*