

Kolno, dnia 16.07.2018r.

Sz.O./SAG/41/3055/18

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69
REGON 450667610 NIP 291-00-50-705
tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu realizowanego w ramach projektu nr RPO.08.04.01-20-0042/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”; znak przetargu Sz.O./SAG/41/05/18.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

DOTYCZY ZESTAWU TORÓW WIZYJNYCH DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNO-CHIRURGICZNYCH WRAZ Z OSPRZETEM

Prosimy o doprecyzowanie, czy optyki opisane w punkcie 27 są optykami laparoskopowymi o średnicy 10 mm?


Czy przy opisie optyk w punkcie 27 nie doszło do omyłki i zamiast optyki o kącie 5° Zamawiający miał na myśli optykę o kącie 45°?

Odpowiedź:

Optyki opisane w punkcie 27 są optykami laparoskopowymi o średnicy 5mm.

W opisie optyk w punkcie 27 doszło do omyłki i zamiast optyki o kącie 5° Zamawiający miał na myśli optykę 5 mm.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl


p.o. z-cy DYREKTORA
ds. LECZNICTWA
lek. med. Grzegorz Łojewski