


SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 04.04.2019r.

Sz.O./SAG/41/1606/19



Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/03/19.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1-43

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (30/70) i 50% stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nie ma ten sam skład chemiczny, te same parametry podtrzymywania tkankowego i czasu wchłaniania. Nieznaczna różnica w poleceniu nici nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici. Różnica polega jedynie na proporcjach kwasów glikolowego i mlekowego w powleczeniu nici zamiast 35/65 oferujemy 30/70. Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu 1, poz. 44-45

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, wchłaniający, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 7 dniach 50% po 8-11 dniach i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu Nr 1, 2

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniający, polidoksanon, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 10-17

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniający, kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1-23

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-23 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1-5, 10

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne o gramaturze 70 g/m² i wielkości porów 1,2-1,4 mm oraz grubości 0,60 mm, pozostałe parametry bez zmian oraz uwzględniając powyższe parametry w pozycji 3 rozmiar siatki 8x15 cm i w pozycji 5 rozmiar siatki 6x11 cm lub 8x15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1-5, 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści siatkę częściowo wchłaniającą, w której składnik wchłaniający (poliglekapron) wchłania się w okresie 90-110 dni, o gramaturze 25-30 g/m², o wielkości porów 1,5-3,5 mm?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Uniwersalna, nieskręcająca się taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m², wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe. Taśma przystosowana do użycia z przewodnikami wielorazowymi do dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu Nr 8

Prosimy o zwolnienie z ewentualnego wymogu dostarczenia próbki, gdyż jesteśmy Państwa dostawcą na mocy umowy nr 60/ZP/2017 z dnia 14 września 2017 lub o możliwość zaoferowania próbki niesterylnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania próbki niesterylnej.

Pytanie Nr 12

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 3 poz. 15 Zamawiający dopuści igłę 24mm zamiast 26mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13

Dotyczy treści umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie Nr 14

Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4 i 5

Czy zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 4 i 5 dopuści siatki o gramaturze 78 g/m² (zamiast 88 g/m²), pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Pragnę zaznaczyć, że tego typu siatki obecnie dostarczamy do Państwa szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, w następującym zakresie:

1. W punkcie 10 ppkt. 8) SIWZ zmienia napisy:

Z:

**„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ CHIRURGICZNYCH
MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA POTRZEB
SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”**

- nie otwierać przed dniem 05.04.2019r. Godz. 11³⁰.

Na:

**„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ CHIRURGICZNYCH
MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA POTRZEB
SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”**

- nie otwierać przed dniem 09.04.2019r. Godz. 11³⁰.

2. Pkt. 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10 ppkt. 8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **09.04.2019r.** do **godz. 11⁰⁰** w Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze).
- 2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **09.04.2019r.** o **godz. 11³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert jest jawne.
- 3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitalkolno.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Krystyna Marianna Dobrołowicz