


SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 18.08.2020r.

Sz.O./SAG/41/5383/20



Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz przyrządów używanych na salach operacyjnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/04/20.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 2 dopuści w rozmiarze 16 CH dren z trokarem o długości 25 cm, dren spełniający pozostałe wymagania SIWZ oraz w rozmiarach pozostałych tj. 20, 24, 28 i 32 CH – dreny spełniające wszystkie wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 3 - ze względu na zmianę w produkcie wprowadzoną przez producenta - dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, autoregulacja intensywności „bąblowania”, zestaw z samouszczelniającym się portem bezigłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatkim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem; dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem z możliwością odłączenia; zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu Nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 dopuści zamknięty system do odsysania – czas stosowania do 72 godzin, intuicyjna obsługa zaworu sterującego ssaniem, obrotowa blokada przypadkowego użycia, cewnik skalowany, termoplastyczny, miękki, atraumatyczny (zaokrąglona końcówka z otworem końcowym bez ostrych krawędzi) z dwoma otworami po przeciwległych stronach, z niebieskim znacznikiem na 5 cm pozwalającym na właściwe jego umiejscowienie podczas przepłukiwania; oznaczenie rozmiaru cewnika na uchwycie z suwakiem zaworu sterującego ssaniem; kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej) umożliwiającym obserwację odsysanego płynu; wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru.

W zestawie: łącznik obrotowy, łącznik „martwa przestrzeń”, port MDI do podawania leków wziewnych w aerosolu nakładany bezpośrednio na łącznik „T” podłączany do rurki pacjenta, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Zestaw sterylny, dla jednego pacjenta, nie zawiera lateksu. Rozmiary: cewnik jednoświatłowy do rurek intubacyjnych -10, 12, 14, 16 CH / długość 57 cm oraz cewnik jednoświatłowy dla rurek tracheostomijnych - 10, 12, 14 i 16 CH / długość 30 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu Nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę za 1 szt. do 4 miejsc po przecinku lub o wycenę za opakowanie handlowe zawierające 50 szt masek z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie handlowe zawierające 50 szt. masek z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu Nr 7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaaferowanie fartucha ochronnego PP w kolorze niebieskim, nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura 32 g/m² +/- 2 g/m² rękaw z mankietem dzianinowym; wiązany na troki; rozmiar 139x139 cm, środek ochrony indywidualnej kat. I, spełniający normy DIN EN 14126:2003/AC:2004, ISO 16603, ISO 16604, EN ISO 22610, EN ISO 22611, EN ISO 22612.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu Nr 7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę za 1 szt. do 4 miejsc po przecinku lub o wycenę za opakowanie handlowe zawierające 10 szt fartuchów z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie handlowe zawierające 10 szt. fartuchów z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski mocowane za uszy za pomocą elastycznych, miękkich, nieuciskających pasów, o nominalnej szerokości 15 mm?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1

Jakiego typu masek Zamawiający wymaga? Maski medyczne, wg normy PN EN 14 683:2019 dzielą się na maski typu I, o stopniu filtracji min. 95% BFE oraz typu II, o filtracji min. 98% BFE (do użycia w czasie zabiegów).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający na etapie weryfikacji ofert, będzie wymagał przedstawienia dokumentów dopuszczających wyrób medyczny do obrotu i używania, tj. dla wyrobu medycznego klasy I ważnej (aktualnej) deklaracji zgodności oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia / powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej dla masek typu II ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12

Dotyczy treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 13

Dotyczy Pakietu Nr 7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaaferowanie fartucha ochronnego PP w kolorze żółtym, posiadającego powierzchnie nieprzemakalne – przód i rękawy, gramatura 30 g/m² pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 14

Dotyczy Pakietu Nr 21

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 21 pozycji 4 i utworzy osobny pakiet 21a z pozycjami 1,2,3 i 21b z pozycją 4?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz. 2, filtrów niebędących wyrobem medycznym (stawka VAT 23%)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 16

Dotyczy SIWZ

Czy ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty / uzupełnień / wyjaśnień / oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 17

Dotyczy Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha ochronnego o gramaturze 30 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 18

Dotyczy Pakietu Nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha chirurgicznego z rękawami zakończonymi gumkami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 19

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci rękawiczek, gotowych do użycia, nie wymagających

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do mycia i dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO, a także przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierających w składzie dichlorowodorek octenidyny, w opakowaniu po 10 szt. rękawiczek o wymiarach 21 cm x 16 cm.

Kosmetyk

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek w postaci rękawiczek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji ciała osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dzięki zawartości allantoiny chronią i pielęgnują skórę, o naturalnym PH, z możliwością użycia w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm. Opakowanie 10 szt. rękawic. Kosmetyk.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 21

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci rękawiczek, gotowych do użycia, nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do mycia i dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO, a także przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierających w składzie dichlorowodorek octenidyny, w opakowaniu po 10 szt. rękawiczek o wymiarach 21 cm x 16 cm.

Kosmetyk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek w postaci rękawiczek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji ciała osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dzięki zawartości allantoiny chronią i pielęgnują skórę, o naturalnym PH, z możliwością użycia w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm. Opakowanie 10 szt. rękawic. Kosmetyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 23

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia czepka do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy, bez użycia wody przeznaczony do jednorazowego użytku, zawierający w składzie octenidynę. Nie zawiera barwników i substancji zapachowych, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 24

Dotyczy Pakietu Nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych:

Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 25

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek o rozmiarze 20x20cm w opakowaniu po 8 sztuk, pozostałe wymagania wg SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu potwierdzenia skuteczności oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych wymaga potwierdzenia dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu zwiększenia komfortu pacjenta wymaga, aby oferowany produkt posiadał dodatkową warstwę termoizolacyjną wewnątrz opakowania pomagającą utrzymać temperaturę myjek po podgrzaniu?

4/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby każde opakowanie myjek posiadało mini-kartę obserwacji pozwalającą na zaznaczanie zmian skórnych?

Odpowiedź:

1/ Zamawiający dopuszcza.

2/ Zgodnie z SIWZ.

3/ Zgodnie z SIWZ.

4/ Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 26

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 2

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o wymiarach 15,5x21cm (+/- 0,5 cm) z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 45 s przy mocy 750W, pozostałe wymagania wg SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnątrz, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnątrz. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równoległych ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g.

Odpowiedź:

- 1/ Zamawiający dopuszcza.
- 2/ Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 27

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu zapewnienia równomiernego rozprowadzenia roztworu w trakcie mycia wymaga, aby czepek posiadał dwuwarstwową strukturę z w pełni oddzieloną zewnętrzną folią od warstwy absorpcyjnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28

Dotyczy Pakietu Nr 8

Czy zamawiający ma na myśli fartuch niewzmocniony czy dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 29

Dotyczy Pakietu Nr 7

Prosimy o dopuszczenie fartucha w kolorze żółtym lub niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch w kolorze niebieskim.

Pytanie Nr 30

Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

- ZASTOSOWANIE:
- ochrona przed stałymi i ciekłymi aerozolami
- WŁAŚCIWOŚCI:
- składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę
 - wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos
 - mocowana na gumki z klipsem umożliwiającym połączenie gumek w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy
 - wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009
 - kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej
 - graficzna instrukcja zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym
 - maska w kolorze białym, gumki mocujące w kolorze białym
 - jednorazowego użytku



SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 31

Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 NR D?

Odpowiedź:


Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 32

Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę jednorazową o parametrach:

ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none">ochrona przed stałymi i ciekłymi aerozolami
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none">składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługęwyposażona w zintegrowaną kształtkę na nosmocowana na gumki z klipsem umożliwiającym połączenie gumek w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzywyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009kategoria III Środków Ochrony Indywidualnejgraficzna instrukcja zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowymmaska w kolorze białym, gumki mocujące w kolorze białymjednorazowego użytku



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 33

Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie Nr 34

Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1

W związku z pojawieniem się na rynku masek, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje masek zgodnych z normą PN- EN 14683:2019 + AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań, co ma być potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z tą normą oraz załączenia tego raportu do oferty przetargowej? Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do masek medycznych znajduje zastosowanie norma PN-EN14683:2019 +AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań. Norma definiuje konstrukcję, projekt, metody i kryteria badania masek oraz dzieli produkty na różne typy co wskazuje obszary zastosowania tych produktów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą PN-EN14683:2019 +AC:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzy-

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

manie rozwiązania, które w sposób prawidłowy zapewniają dbałość o ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost wskazuje typy masek oraz definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w %. Jest to jeden z elementów decydujący o typie a co z tym związane obszarze stosowania produktu. Zgodnie z zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz obszarów o podobnych wymaganiach stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające wymagania normatywne.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 35

Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 36

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch jałowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37

Dotyczy Pakietu Nr 4

W nawiązaniu do zamieszczonego postępowania o udzielenie zamówienia bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuści dla pakietu nr 4 (Maska higieniczna 3-warstwowa na gumki) maski medyczne trzywarstwowe na gumki? Maski spełniają wszystkie normy dopuszczające produkt jako medyczny do obrotu w Polsce i UE. Produkt spełnia taką samą funkcję jak maska higieniczna. Dopuszczenie tego produktu pozwoli na składanie bardziej konkurencyjnych ofert, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najbardziej przystępnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 38

Dotyczy Pakietu Nr 6 i 8

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 6.

Pytanie Nr 39

Dotyczy Pakietu Nr 6 i 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 6 i 8.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 40

Dotyczy Pakietu Nr 6 i 8

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 6.

Pytanie Nr 41

Dotyczy Pakietu Nr 6 i 8

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 6.

Pytanie Nr 42

Dotyczy Pakietu Nr 6 i 8

Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 43

Dotyczy Pakietu Nr 6 i 8

Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 44

Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski FFP3 do jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 45

Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski FFP2 jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 46

Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 47

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny chusteczki czyszczące do ciała o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym, z 99,99 % skutecznością wobec bakterii gram-ujemnych oraz gram-dodatnich dzięki zawartości 2 % chlorheksydyny, o neutralnym pH - 5,5, działanie odżywcze, nawilżające (dzięki zawartości aloesu) oraz oczyszczające dla skóry, nie zawierają: lateksu, alkoholu oraz lanoliny, o gramaturze 60 g, 50% wiskozy i 50 % PE, wymiar 22 x 22 cm, pakowane po 4 szt, możliwość podgrzania w mikrofalówce przez 20 s w 700 W?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 48

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny chusteczki czyszczące do ciała o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym, z 99,99 % skutecznością wobec bakterii gram-ujemnych oraz gram-dodatnich dzięki zawartości 2 % chlorheksydyny, o neutralnym pH - 5,5, działanie odżywcze, nawilżające (dzięki zawartości aloesu) oraz oczyszczające dla skóry, nie zawierają: lateksu, alkoholu oraz lanoliny, o gramaturze 60 g, 50% wiskozy i 50 % PE, wymiar 22 x 22 cm, pakowane po 4 szt, możliwość podgrzania w mikrofalówce przez 20 s w 700 W?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 49

Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku o następujących paramaterach:

- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie (kształt półokręgu)
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,
- oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,
- posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia
- kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny
- sterylna
- pakowania pojedynczo
- rozmiary: 1.0# 1.5# 2.0# 2.5# 3.0# 4.0# 5.0#?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 50

Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku o następujących paramaterach:

- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie (kształt półokręgu)
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,
- oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,
- posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia
- kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny
- sterylna
- pakowania pojedynczo
- rozmiary: 1.0# 1.5# 2.0# 2.5# 3.0# 4.0# 5.0#?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 51

Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 3

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wielorazowego użytku o następujących parametrach:
-wykonana z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie (kształt półokręgu)
- możliwość pracy w MRI
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,
- oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,
- posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia
- kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny
- sterylna
- pakowania pojedynczo
- rozmiary: 1.0# 1.5# 2.0# 2.5# 3.0# 4.0# 5.0#?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 52

Dotyczy Pakietu Nr 13

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z intuicyjną obsługą zaworu sterującego ssaniem - aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściśkanego wnętrzem dłoni.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z blokadą dostępu do pacjenta w postaci obrotowej zastawki na wysokości portu do przepłukiwania, zapewniającego szczelność zestawu.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z blokadą suwaka zaworu sterującego ssaniem poprzez jego obrót o 90 stopni.
4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu o odsysania do rurek intubacyjnych o długości 56 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 53

Dotyczy Pakietu Nr 20

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20 zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT o składzie wyspecyfikowanym przez Zamawiającego z jedną różnicą w kształcie trójkąta. Zestawy proponowane przez naszą firmę mają trójkąt w kształcie litery Y zamiast T. Taka różnica nie będzie miała znaczenia w funkcjonowaniu zestawów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrowicz