


# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 26.10.2020r.

Sz.O./SAG/41/6538/20



Do wszystkich uczestników postępowania

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej oraz odczynników i materiałów zużywalnych do koagulometru dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/06/20.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie Nr 1

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni od podpisania umowy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie Nr 2

Dotyczy wzoru umowy:

W par.7.2.4 prośba o doprecyzowanie, że za czas reakcji serwisu, rozumie się również kontakt telefoniczny, naprawę zdalną, kontakt mailowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie Nr 3

Dotyczy SIWZ

Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie kraju, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 30.10.2020.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **30.10.2020r.** do godz. 11:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **30.10.2020r.** godz. 11<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

---

## Pytanie Nr 4

### Dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby coroczny bezpłatny przegląd koagulometru w ramach przetargu, był wykonywany przez autoryzowany przez producenta analizatora serwis techniczny?

### **Odpowiedź:**

TAK.

## Pytanie Nr 5

### Dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach bezpłatnego przeglądu technicznego Wykonawca wykonywał również aktualizacje oprogramowania, w przypadku kiedy producent analizatora wyda nową wersję oprogramowania do analizatora?

### **Odpowiedź:**

TAK.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że dokonuje w dniu 26.10.2020r. zmiany treści SIWZ:

1. W pkt. 10 ppkt. 8) SIWZ zmienia napisy:

Z:

**„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW  
EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA RÓWNOWAGI  
KWASOWO-ZASADOWEJ ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW  
ZUŻYWALNYCH DO KOAGULOMETRU DLA POTRZEB LABORATORIUM  
SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE ”**

**- nie otwierać przed dniem 28.10.2020r. Godz. 11<sup>30</sup>.**

Na:

**„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW  
EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA RÓWNOWAGI  
KWASOWO-ZASADOWEJ ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW  
ZUŻYWALNYCH DO KOAGULOMETRU DLA POTRZEB LABORATORIUM  
SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE ”**

**- nie otwierać przed dniem 30.10.2020r. Godz. 11<sup>30</sup>.**

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

---

## 2. Pkt. 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Ofertę w opieczątowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10 ppkt. 8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 30.10.2020r. do godz. 11<sup>00</sup> w Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze).
- 2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 30.10.2020r. o godz. 11<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert jest jawne.

**Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.**

Szpital Ogólny w Kolnie w związku ze zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia zgodnie z art 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia **30.10.2020r. do godz. 11:00**. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **30.10.2020r. godz. 11<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

*Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: [www.szpitalkolno.pl](http://www.szpitalkolno.pl)*

**DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego w Kolnie

*mgr Krystyna Marianna Dobrowicz*