

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 13.04.2022 r.

Sz.O./ZP/41/1917/22

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak sprawy: Sz.O./ZP/04/2022

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu Nr 49

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 49 zestawu do przezskórnej tracheostomii do wprowadzenia metoda Seldingera w skład którego wchodzi: jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, przewodnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052” (1,32 mm), rozszerzacz ładujący do rurki tracheostomijnej (7.5mm, 8.5mm, 9mm lub 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8mm lub 8.5mm, 9mm, 10mm), igły wprowadzające 2szt. 15G (z koszulka i bez) długości 7cm, krótkie rozszerzadło o rozmiarze 14Fr długości 6,5 cm, skalpel jednorazowego użytku nr 15, strzykawka Monoject 6ml, czerwony pojemnik na zużyte igły, żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

http://szpitalkolno.pl/bip_1/index.php?id=119